

REINIGING WATERLIGELEMENT

Reiniging en ontsmetting waterligelement



De netsnoer en de bediening van de thermostaat van het waterligelement nooit in water onderdompelen of onder hogedruk of waterspoeling reinigen, maar met een licht vochtige doek afnemen.



Bij het gebruik van sproeidesinfectie op grotere oppervlakken met alcoholische bestanddelen bestaat explosie- en brandgevaar. Draag ook altijd de juiste beschermingsmiddelen om letsel te voorkomen.



De houten onderbouw is niet bestand tegen langdurige blootstelling aan vloeistoffen. Zorg ervoor dat deze bijvoorbeeld niet met teveel water gereinigd worden en dat de houten poten niet op een natte ondergrond staan.



Het waterligelement kan niet in de wasstraat. Let goed op dat er geen zeepresten achterblijven die huidirritatie kunnen veroorzaken.



Draag bij het reinigen en desinfecteren altijd waterdichte handschoenen om huidbeschadiging te voorkomen.

Reinigen bisonyl hoes

Reiniging van een Bisonyl hoes van het waterligelement, kan met een bisonyl cleaner (artikelnummer BE05144) in combinatie met een microvezel doek.

Reinigen onderbouw

Het reinigen van de onderbouw van het waterligelement kan met gangbare schoonmaakmiddelen voor het huishouden die geschikt zijn voor hout- en/of kunststof meubelen. Gebruik geen oplosmiddelen en/of schuurmiddelen. Desinfecteren is mogelijk met:

- Chloor 1000ppm
- Alcohol 70%
- Terralin



Barry Emons

Zie andere zijde voor meer informatie >

PERIODIEK ONDERHOUD

Onderhoud mag alleen uitgevoerd worden door vakbekwaam personeel. De levensduur van het waterligelement hangt voornamelijk af van de behandeling en het onderhoud.

Onderhoudsinstructies

Dagelijks

- Controleer de hygiëne van het waterligelement en reinig deze wanneer nodig. Aan te raden is om het waterligelement regelmatig schoon te maken, elke dag en indien gewenst na elk gebruik.
- Inspecteer het waterligelement op gebreken (bij houten/MDF onderbouw ook controleren op splinters). Wanneer u storingen of beschadigingen waarneemt verwijdert u indien van toepassing onmiddellijk de netstekker en zorgt u daarnaast dat het waterligelement gekenmerkt wordt met "Defect" en stel het buiten gebruik. Stel daarna de instelling of aankopende partij op de hoogte van deze vermeende storing of beschadiging.

Jaarlijks

Voer een onderhoudsbeurt uit. Het onderhoud van een waterligelement wordt door Barry Emons uitgevoerd en omvat:

- Onderhoud
- Inspectie
- Ontluchten
- Anti-alg
- Bijvullen



Barry Emons

Zie andere zijde voor meer informatie >